PHYSIOPRESS PRO

| MANUAL

Equipo de Presoterapia

Gracias por elegir nuestro producto. Lea el manual atentamente antes de utilizarlo y consérvelo para consultas futuras.

El folleto ofrece la información actualizada y probada de producto.

FISIOLAB

PHYSIOPRESS PRO

CARACTERÍSTICAS:

A través de cámaras de aire se genera presión regular en los músculos tensos logrando un efecto relajante y descontracturante, además de mejorar el aspecto de la piel.

Recomendado especialmente para personas que realizan actividad física con regularidad o personas que pasan largas horas sentadas.

· 6 modos de uso

· Funcionamiento inteligente, intensidad ajustable y fácil manejo.

ESPECIFICACIONES:

- Presión máxima: 240 mmHg
- Corriente: AV110V-240V/50HZ-60HZ
- Funcionamiento: DC12V/2A
- Potencia: 2ow
- Categoría: II
- Aislamiento: E
- Estándar: GB4706.10-2008
- Tiempo: 10, 20, y 30 mins.

***PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO ES INDISPENSABLE SIEMPRE USAR SUS ACCESORIOS ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS BOTAS DE MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR SIEMPRE EL PAR DE BOTAS A LA VEZ).**

FISIOLAB

PHYSIOPRESS PRO

PRECAUCIONES:

1. No utilice el enchufe con otros dispositivos
2. Coloque su adaptador
3. Deje de usarlo si no se siente bien durante el tratamiento
4. No desmonte el producto
5. Utilice el producto siguiendo siempre las instrucciones

SEGURIDAD:

1. No utilice la máquina en partes del cuerpo no mencionadas en el manual
2. No utilice la máquina si está utilizando otro producto sanitario
3. No utilice la máquina si sufre alguna enfermedad grave. Consulte con su médico.
4. Deje de utilizar la máquina si le resulta incómoda o nota reacciones en la piel.
5. Mantenga la máquina alejada de los niños y de personas no capacitadas para utilizarlo.
6. No utilice la máquina en el baño, en lugares húmedos ni cálidos.
7. No utilice la máquina mientras duerme.

***PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO ES INDISPENSABLE SIEMPRE USAR SUS ACCESORIOS ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS BOTAS DE MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR SIEMPRE EL PAR DE BOTAS A LA VEZ).**

FISIOLAB

PHYSIOPRESS PRO

ACCESORIOS

Accesorio de Pierna

Manguito

Faja abdominal

Mangueras de aire

Adaptador

Plantillas

MONTAJE

· Conecte las mangueras a las cámaras como se muestra en las imágenes

· Conecte las mangueras al compresor. Los números de cada manguera están indicados en la parte superior.

· Conecte el adaptador (cable alimentador) a la unidad principal.

UNIDAD PRINCIPAL

1. Indicador de tiempo
2. ON/OFF
3. Modos A/A+/B/B/C/C+
4. Selección de las mangeras
5. Configuració de potencia
6. Configuración de tiempo

FISIOLAB

PHYSIOPRESS PRO

FUNCIONES:

• 240 mmHg dividido en 9 niveles de presión. Puede aumentar (+) o disminuir (-) con el botón de la izquierda.

• El indicador LED de tiempo va en cuenta regresiva hasta que el equipo se apaga

• Tiempo de 10, 20 y 30 minutos, puede aumentar o disminuir el tiempo con el botón de la derecha.

¿Cómo usarlo?

1. Encienda el equipo

2. Conecte las mangueras al equipo

3. Conecte el adaptador a los accesorios

4. Colóquese cualquiera de los accesorios (faja, piernas o mangas)

5. Programar la modalidad, el tiempo y presión deseada.

***PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO ES INDISPENSABLE SIEMPRE USAR SUS ACCESORIOS ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS BOTAS DE MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR SIEMPRE EL PAR DE BOTAS A LA VEZ).**

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

NOTA: Para poder usar las modalidades A+, B+ y C+ se deberá presionar dos veces el botón (las indicadores LED estarán parpadeando) con la modalidad deseada.

A Las cámaras se inflan y desinflan una a una de forma secuencial. Simultáneamente se activarán las luces indicadoras (1, 2, 3 y 4).

A+ Las cámaras se inflan y desinflan una a una de forma secuencial y se desactiva la cámara que no se desea utilizar.

B Se activan todas las cámaras de manera secuencial y las luces indicadoras (1, 2, 3 y 4) manteniendo la presión por 10 segundos y después se desactivan de la misma manera.

B+ Se activan todas las cámaras al mismo tiempo y luces indicadoras (1, 2, 3 y 4). Se mantendrá la presión por 10 segundos y después se desactiva, se repite este proceso durante todo el tiempo del tratamiento.

C Se activan todas las cámaras al mismo tiempo y las luces indicadoras (1, 2, 3 y 4) simultáneamente, permanecen infladas por 3 segundos y después se desinflan por 3 segundos y se repite

C+ Se activan todas las cámaras al mismo tiempo y las luces indicadoras (1, 2, 3 y 4) simultáneamente, permanecen infladas por 3 segundos y después se desinflan por 3 segundos y se repite. Se desactiva la cámara que no se desea utilizar.

FISIOLAB

PHYSIOPRESS PRO

CONTRAINDICACIONES:

- Hipertensión e hipotensión
- Alteraciones de la circulación
- Heridas abiertas o infecciones cutáneas
- Embarazo
- Alteraciones de la sensibilidad
- Neoplasias
- Procesos inflamatorios agudos
- Fracturas

NOTA IMPORTANTE:

Antes de usar el dispositivo deberá consultar a un especialista en el área de la salud para que le indique los parámetros recomendados así como no sobrepasar los valores de la presión diastólica arterial, si después del tratamiento hay un aumento superior a 20mmHg en la tensión arterial, no volver aplicar.

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS:

- MODO A: drenaje linfático (20-40 mmHg), insuficiencia venosa (20-45 mmHg)

- MODO B: síndrome de piernas cansadas (40-70mmHg)

- MODO C: edema crónico (40-70 mmHg)

TABLA COMPARATIVA ENTRE NIVELES Y PRESIÓN EN mmHg APROXIMADA

mmHg	Niveles
1-26	1
27-54	2
55-81	3
82-108	4
109-135	5
136-161	6
162-187	7
188-213	8
214-240	9

***PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO ES INDISPENSABLE SIEMPRE USAR SUS ACCESORIOS ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS BOTAS DE MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR SIEMPRE EL PAR DE BOTAS A LA VEZ).**

FISIOLAB